



Федеральное государственное унитарное
предприятие
"Всероссийский
научно-исследовательский институт
метрологической службы"

119361, Москва, ул. Озерная, 46

Тел.: (095) 437 5577
E-mail: Office@.vniims.ru

Факс: (095) 437 5666
Office.vniims@g23.relcom.ru
http: \www.vniims.ru

208/10-298 № 30.09.10

На №

Генеральному директору
ООО «НПФ «РАСКО»
С.А. Золотаревскому

На Ваш запрос исх. № СЗ/10-09-03 от 03.09.2010 г. сообщая следующее:

В соответствии с п. 11.5 ПР 50.2.019–2006 регламентирован периодический контроль изменения перепада давления на турбинных и ротационных счетчиках, фильтрах и струевыпрямителях, т.е. должна быть обеспечена техническая возможность измерения разности давлений до и после устройства. Выполнение этого требования должно контролироваться поставщиком газа и газораспределительной организацией. В соответствии с п. 1.7 Правил учета газа ответственность за надлежащее состояние и исправность узлов учета несут их владельцы.

Считаю, что для обеспечения достоверности результатов измерений разности давлений на турбинных и ротационных счетчиках, средства измерений необходимо подбирать, таким образом, чтобы при измерении максимально допустимого перепада давлений значение относительной погрешности результата измерений составляло не более $\pm 5\%$, а на фильтрах и струевыпрямителях не более $\pm 10\%$.

Измерение разности давлений должно проводиться при помощи поверенных или имеющих сертификат о калибровке средств измерений, обеспечивающих вышеуказанные требования, на фильтрах и струевыпрямителях допускается использование датчиков давления индикаторного типа.

Заместитель директора

В.Н. Яншин

А.М. Шаронов
(495) 781-48-69